

**Рентгенолаборант при проведении рентгеновских исследований не применял пациентам средства индивидуальной защиты от облучения, прокуратурой Самойловского района приняты меры.**

Прокуратурой района в районной больнице проведена проверка соблюдения законодательства при проведении рентгенологических исследований.

Согласно действующему законодательству при проведении рентгенологических исследований с целью снижения дозовых нагрузок должны использоваться все возможные средства защиты пациента для безопасного проведения рентгенологического исследования.

При рентгенологическом исследовании обязательно проводится экранирование области таза, щитовидной железы, глаз и других частей тела, если они не подлежат исследованию. Рентгенолог (рентгенолаборант) обязан помочь надеть пациенту на себя индивидуальные средства радиационной защиты (защитный фартук, воротник, пелерину или какие-либо специальные средства).

Проведенной проверкой установлено, что в ГУЗ СО «Самойловская РБ» при проведении рентгенологического исследования двум пациентам рентгенолаборантом специальные средства защиты для безопасного проведения рентгенологического исследования выданы не были, какая-либо помощь для защиты от облучения при проведении процедур не оказывалась.

В связи с чем, прокуратурой района в адрес руководителя больницы внесено представление, по результатам рассмотрения которого заведующий рентгенологического кабинета и рентгенолаборант привлечены к дисциплинарной ответственности в виде выговора.

Прокурор района  
младший советник юстиции

[Авто\_Штамп\_ЭП]

О.А. Перченко

И.А. Голиков, 2-18-33